RG.38.03.2018 Bydgoszcz, 2018-03-28

ZAPYTANIE O CENĘ

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych
zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania o cenę pod nazwą:
Komparator dwuczujnikowy do wzorcowania płytek wzorcowych – modernizacja stanowiska.

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.
   Dotyczy modernizacji komparatora dwuczujnikowego produkcji Tesa do pomiaru płytek wzorcowych długich o długości nominalnej do 500 mm dla Zespołu Laboratoriów Wzorcujących nr 1 Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25 spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 4.

2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy:
   2.1. termin wykonania zamówienia: do dnia 2018-08-16,
   2.2. forma płatności: przelew 30 dni,
   2.3. okres gwarancji minimum: 12 miesięcy
   2.4. zapisy dotyczące kar umownych:
   a). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy,
   b). Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.
   c). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego,
   d). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji usługi.
   e). Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
   f). Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
   2.5. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
   a). niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym treścią umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie usługi,
   b). w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
   c). nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy,
   d). w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Kryteria oceny ofert 100% obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ($C = C_1+C_2$) – wygrywa oferta z największą ilością punków C:

3.1. Cena: 80 % (C_1),
Zasady punktacji kryterium ceny (C_1):
Najniższa z oferowanych cen **(C_{min})** otrzymuje 80 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen poszczególnych ofert Wykonawców według wzoru:

$$C_1 = (C_{min} : C_x) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_1 - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty,
C_{min} - oznacza najniższą cenę oferty,
C_x - oznacza cenę badanej oferty.

Brak podania kwoty łącznej wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero).

3.2. Okres gwarancji 20% (C_2).

Zasady punktacji kryterium okresu gwarancji:
Najwyższy z oferowanych okresów gwarancji (C_{max}) otrzymuje 20 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla poszczególnych okresów gwarancji danego elementu ofert Wykonawców według wzoru:

$$C_2 = (C_x : C_{max}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_2 - oznacza liczbę punktów badanego okresu gwarancji obliczonego dla badanej oferty,
C_{max} - oznacza najwyższy okres gwarancji spośród badanych oferty,
C_x - oznacza wielkość okresu gwarancji badanej oferty.

Brak podania okresu gwarancji skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero).

4. Na kopercie należy umieścić:
   - nazwę i adres Zamawiającego,
   - nazwę i adres Wykonawcy,
   - nazwę przedmiotu zapytania:
     „Komparator dwuczujnikowy do wzorcowania płytek wzorcowych – modernizacja stanowiska”

5. Termin i miejsce złożenia oferty:
   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 2018-04-12 do godziny 12:00**.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
   Jarosław Kosmal - Kierownik Referatu Obsługi
   tel.: **(52) 322 06 06** wew. **35**

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
   a). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
   b). Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
   c). W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

ZATWIERDZAM:
Z upoważnienia Dyrektora
Naczelnik
Wydziału Nadzoru Metrologicznego

Ryszard Muszyński

Bydgoszcz, 2018-03-28

.....
(podpis kierownika jednostki)

W załączeniu:

1. formularz ofertowy Wykonawcy,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4. opis przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający wymaga następujących załączników stanowiących integralną część złożonej oferty:

1. kopii nadania NIP Wykonawcy,
2. kopii REGON Wykonawcy,
3. kopii KRS lub Zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu poświadczenia reprezentacji Wykonawcy,
4. informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp.

Załącznik nr 1
do sprawy nr RG.38.03.2018
z dnia 2018.03.28

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....
miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany ..... działając

w imieniu i na rzecz .....

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON..... KOM. .....

TEL. ..... FAKS ..... e-mail: .....

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na .....

..... składamy ofertę na:

(nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Cena (C_1):

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość [j.m.]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1.	Komparator dwuczujnikowy do wzorcowania płytek wzorcowych – modernizacja stanowiska		1 kpl.			

Łączna wartość netto ……..... zł

(słownie: .....)

Należny podatek VAT(…… %) ….....……....…….. zł

Łączna wartość brutto słownie ……..... zł

(słownie: .....)

Okres gwarancji

2. Okres gwarancji (C_2):

Lp.	Elementy przedmiotu zamówienia	Okres gwarancji [ilość miesięcy]
1.	Komparator dwuczujnikowy do wzorcowania płytek wzorcowych – modernizacja stanowiska	

Termin realizacji zamówienia: ..... (DD-MM-RRRR)

Termin związania z ofertą: ..... dni

Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

a) kopia: nadania NIP, REGON,

b) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,

c) informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....

podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

Załącznik nr 2
do sprawy nr RG.38.03.2018
z dnia 2018.03.28

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę pod nazwą:

Komparator dwuczujnikowy do wzorcowania płytek wzorcowych – modernizacja stanowiska

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

.....	.....	……
miejscowość, data	*podpis Wykonawcy*	*Pieczęć Wykonawcy*

Załącznik nr 3
do sprawy nr RG.38.03.2018
z dnia 2018.03.28

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Komparator dwuczujnikowy do wzorcowania płytek wzorcowych – modernizacja stanowiska

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

.....	.....	……
miejscowość, data	*podpis Wykonawcy*	*Pieczęć Wykonawcy*

miejscowość, data

Załącznik nr 4
do sprawy nr RG.38.03.2018
z dnia 2018.03.28

Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Komparator dwuczujnikowy do wzorcowania płytek wzorcowych – modernizacja stanowiska

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja komparatora dwuczujnikowego produkcji Tesa do pomiaru płytek wzorcowych długich o długości nominalnej do 500 mm, polegająca na diagnostyce stanu zużycia poszczególnych zespołów komparatora oraz wymianie elementów zużytych, przy zastosowaniu części zamiennych producenta, przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Tesa.

Zamawiający wymaga, aby komparator dwuczujnikowy po modernizacji spełniał nw. wymagania techniczne:

1. Nacisk pomiarowy dolnego i górnego czujnika jest zgodny z instrukcją producenta, tzn. dla czujnika górnego ≤ 1 N, dla czujnika dolnego ≤ 0,63 N,
2. Wystawanie czujnika dolnego względem powierzchni pomiarowej stolika mieści się w zakresie 20 µm do 100 µm,
3. Elektroniczne „zero" przyrządu odpowiada płaszczyźnie styku płytki wzorcowej z powierzchnią stolika pomiarowego,
4. Błędy pomiaru (wartość wielkości zmierzona minus wartość wielkości odniesienia):
   a). błąd pomiaru komparatora przy pomiarze długości środkowej l_c: ≤ 0,03 µm,
   b). błąd pomiaru komparatora przy niezależnym wysunięciu czujników od położenia zerowego o 13 µm ≤ 0,03 µm,
   c). błąd pomiaru komparatora przy pomiarze odchylenia f_o i f_u od długości środkowej ≤ 0,03 µm.

Informacje dodatkowe:

5. Zamawiający wymaga potwierdzenia ww. parametrów Świadectwem Wzorcowania wystawionym przez Główny Urząd Miar (zlecającym usługę będzie Zamawiający).
6. Przedmiot zamówienia stanowi wyposażenie laboratorium Zespołu Laboratoriów Wzorcujących nr 1 Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 25.
7. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca bezpłatnie dokona czynności koniecznych do bezawaryjnej pracy przedmiotu umowy, który obejmuje w szczególności: zakup części, zamiennych, usunięcie wad, nakładu pracy i transportu (dojazdu lub kuriera) albo wymianę na wolny od wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub uzgodnionym przez Strony.