

Bydgoszcz, dnia 11 września 2018 r.

RG.38.05.II.2018

WYJAŚNIENIE

DOTYCZY postępowania pod nazwą: „Fabrycznie nowy komparator masy Max \geq 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg - 14 szt.” (znak sprawy: RG.38.05.II.2018).

Niniejszym w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję e-mail z dnia 2018-09-10 do treści SIWZ z dnia 7 września 2018 r. postępowania przetargowego pn.: „ Fabrycznie nowy komparator masy Max \geq 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg - 14 szt.” (znak sprawy: RG.38.05.II.2018), zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem: 614528-N-2018 z dnia 2018-09-07, wyjaśniamy:

1. Treść sprawy:

„Przesyłam pytanie dotyczące postępowania na „Fabrycznie nowy komparator masy Max \geq 2 kg / 10 kg; d=0,5 mg /1 mg - 14 szt.

Czy zamawiający zaakceptuje komparator o dokładniejszej działce odczytowej d= 0,2 mg w pełnym zakresie, tj. od 0-11 kg, przy spełnieniu pozostałych wymagań specyfikacji?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, podane są minimalne wymagania dotyczące komparatora masy. W odniesieniu do działki elementarnej (d), w pierwszym zakresie pomiarowym - tj. do 2 kg włącznie, powinna ona mieć wartość nie większą niż 0,5 mg, a w drugim zakresie pomiarowym - tj. w obszarze od ponad 2 kg do co najmniej 10 kg, powinna ona mieć wartość nie większą niż 1 mg.

Komparator posiadający działkę elementarną (d) o wartości 0,2 mg w całym ww. zakresie pomiarowym spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ w odniesieniu do tego parametru metrologicznego.

Zamawiający akceptuje komparator o dokładniejszej działce odczytowej d=0,2 mg w pełnym zakresie , tj. od 0-11 kg, przy spełnieniu pozostałych wymagań specyfikacji.

DYREKTOR

Ireneusz Dawidowicz

Do wiadomości:

1. ogłoszenie w BIP OUM w Bydgoszczy,
2. a/a.