

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2018 r.

RG.38.05.2018

**OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na stronie internetowej zamawiającego**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem:

„Dostawa komparatorów masy”

(RG.38.05.2018)

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597249-N-2018 w dniu 2018-07-31,
Okręgowy Urząd Miar z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-231) przy ul. Królowej Jadwigi 25
przedstawia poniżej odpowiednio dla każdej z trzech części informacje
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opis części:

Część 1 – Fabrycznie nowy komparator masy $Max \geq 25$ kg; $d=10$ mg wraz z zestawem
przenośnym - 17 szt.;

Część 2 – Fabrycznie nowy komparator masy $Max \geq 2$ kg / 10 kg; $d=0,5$ mg / 1 mg –
14 szt.;

Część 3 – Fabrycznie nowy komparator masy $Max \geq 50$ kg $d=10$ mg - 1 szt.

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację::

Część 1

Opis		Oferta nr 1	Oferta nr 2	Oferta nr 3
Nazwa kryterium	Cena	18,77	10,52	60,00
	Termin realizacji zamówienia	10,00	15,00	20,00
	Okres gwarancji	20,00	13,33	20,00
Łączna punktacja		48,77	38,85	100,00

Opis oznaczeń w tabeli:

Oferta nr 1: SARTORIUS POLAND Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn;

Oferta nr 2: Mettler-Toledo Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa;

Oferta nr 3: Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom.

Część 2

Opis		Oferta nr 1	Oferta nr 2	Oferta nr 3
Nazwa kryterium	Cena	14,52	14,79	60,00
	Termin realizacji zamówienia	10,00	15,00	20,00
	Okres gwarancji	20,00	13,33	20,00
Łączna punktacja		44,52	43,12	100,00

Opis oznaczeń w tabeli:

Oferta nr 1: SARTORIUS POLAND Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn;

Oferta nr 2: Mettler-Toledo Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa;

Oferta nr 3: Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom.

Część 3

Opis		Oferta nr 1	Oferta nr 2	Oferta nr 3
Nazwa kryterium	Cena	19,48	16,22	60,00
	Termin realizacji zamówienia	15,00	15,00	20,00
	Okres gwarancji	20,00	13,33	20,00
Łączna punktacja		54,48	44,55	100,00

Opis oznaczeń w tabeli:

Oferta nr 1: SARTORIUS POLAND Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn;

Oferta nr 2: Mettler-Toledo Sp. z o.o. ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa;

Oferta nr 3: Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5, 26-600 Radom.

2. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów : nie dotyczy.
3. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów : nie dotyczy.
4. Unieważnienie postępowania:
Część 1: nie dotyczy.

Część 2: unieważnienie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

- Oferta 1 i Oferta 2 przekraczają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na



realizacji Części 2 zadania.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP.

- Oferta nr 3 w części technicznej nie spełnia wymagania określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ w Części 2 Tabela nr 4. pod nazwą: „Poprawność działania komparatora dla: temperatury pracy co najmniej od 12 °C do 28 °C”. Wykonawca w złożonej ofercie określił wartość temperatury pracy komparatora w zakresie od 15 °C do 30°C.

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2) PZP.

Część 3: nie dotyczy.

DYREKTOR

Ireneusz Dawidowicz