

Bydgoszcz, dnia 05 listopada 2021 r.

RG.26.13.2021

SPROSTOWANIE nr 1

DOTYCZY: postępowania pod nazwą: **Komparator masy Max \geq 25 kg; d=10 mg wraz z zestawem przenośnym - 1 szt.** - Zapytanie ofertowe nr RG.26.13.2021 z dnia 2021-11-04.

Niniejszym informuję, iż w Zapytaniu ofertowym nr RG.26.13.2021 z dnia 2021-11-04 pod nazwą: **Komparator masy Max \geq 25 kg; d=10 mg wraz z zestawem przenośnym - 1 szt.**, prowadzonego na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Okręgowy Urząd Miar z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-231) przy ul. Królowej Jadwigi 25 dokonuje zmiany zakresu wyżej wymienionego zapytania ofertowego dotyczącego załącznika nr 3 dla sprawy:

JEST:

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy komparator masy Max \geq 25 kg d=10 mg (1 szt.) zgodny z następującymi wymaganiami:

PO ZMIANIE:

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy komparator masy Max \geq 25 kg d=10 mg (1 szt.) wraz ze stołem antywibracyjnym, zgodny z następującymi wymaganiami:

JEST:

Tabela nr 2. Miejsce dostawy (docelowego użytkowania) komparatora masy:

Lp.	Komparator masy	Miejsce docelowego użytkowania
1.	Max \geq 25 kg; d=10 mg (1 szt.)	OUM w Bydgoszczy Wydział Zamiejscowy we Włocławku ul. Dziewińska 13A, 87-800 Włocławek

PO ZMIANIE:

Tabela nr 2. Miejsce dostawy (docelowego użytkowania) komparatora masy wraz ze stołem antywibracyjnym:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Miejsce docelowego użytkowania
1.	Komparator masy Max \geq 25 kg; d=10 mg (1 szt.)	OUM w Bydgoszczy Wydział Zamiejscowy we Włocławku ul. Dziewińska 13A, 87-800 Włocławek
	Stół antywibracyjny z blatem granitowym	

Wprowadzono **tabelę nr 3** określającą wymagania dla stołu antywibracyjnego:

Wymaganie techniczne	Wartość wymagana
Konstrukcja	stal malowana proszkowo
Błat	granitowy
Długość	nie mniej niż 700 mm
Szerokość	nie mniej niż 450 mm
Wysokość	nie więcej niż 240 mm
Nośność	Min. 150 kg
Inne wymagania, które zostaną zawarte w umowie z dostawcą komparatora	
1. Minimalny okres gwarancji - 2 lata.	
2. Dostawca stołu antywibracyjnego pokrywa wszystkie koszty związane z ich dostarczeniem i ustawieniem we wskazanym w umowie miejscu.	
3. Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy.	

W związku z powyższym ulega również zmianie pkt 4 Zapytania ofertowego nr RG.26.13.2021 z dnia 04.11.2021 pod nazwą: **Komparator masy Max \geq 25 kg; d=10 mg wraz z zestawem przenośnym - 1 szt.:**

JEST:

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 2021-11-15 do godziny 12:00.**

PO ZMIANIE:

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 2021-11-16 do godziny 12:00.**

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia dla komparatora masy odpowiedniego środowiska pod kątem uniknięcia oddziaływań zewnętrznych związanych z przenoszeniem drgań.

Pozostałe zapisy treści Zapytania ofertowego nr RG.26.13.2021 z dnia 2021-11-04 pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść pisma opublikowano na stronie internetowej pod adresem:

<https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/b01/zamowienia-publiczne-pr/zamowienia-publiczne-po/2161,Komparator-masy-Max-25-kg-d10-mg-wraz-z-zestawem-przenosnym.html>

DYREKTOR

Ireneusz Dawidowicz

Do wiadomości:

1. Ogłoszenie w BIP OUM w Bydgoszczy,
2. a/a.