

Bydgoszcz, dnia 2021-11-09

RG.26.10.2021

### SPRAWA nr 1

W odniesieniu do korespondencji e-mail otrzymanej w dniu 8 listopada 2021r. w sprawie dotyczącej postępowania pn.: „Stanowisko do wzorcowania ciśnieniomierzy” (nr RG.26.10.2021 z dnia 2021-11-04) wyjaśniam:

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza prasy obciążnikowo-tłokowe innych producentów niż DH-Budenberg? Oprócz innego dostawcy kalibrator obciążnikowo-tłokowy będzie spełniał wszystkie inne parametry techniczne wymienione w zapytaniu.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza ciśnieniomierza obciążnikowo-tłokowego innego producenta niż DH-Budenberg. Przyrząd stosowany w akredytowanym laboratorium administracji miar musi wykazywać wysoki poziom ochrony metrologicznej zapewniający pełne zaufanie do wyników pomiaru dokonanego tym przyrządem. Stanowisko Zamawiającego wynika z faktu, iż ciśnieniomierze ww. producenta wykazują wieloletnią stabilność wskazań na wymaganym poziomie dokładności co potwierdzają wyniki porównań międzylaboratoryjnych.*

Pozostałe zapisy treści Zapytania ofertowego nr RG.26.10.2021 z dnia 2021-11-04 pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść pisma opublikowano na stronie internetowej pod adresem:

<https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/b01/zamowienia-publiczne-pr/zamowienia-publiczne-po/2159,Stanowisko-do-wzorcowania-cisnieniomierzy.html>

Sporządził:  
Anna Jędrzejczak

DYREKTOR

*Ireneusz Dawidowicz*

Do wiadomości:

1. a/a.

