

ZAPYTANIE OFERTOWE

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
85-231 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25
zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2021

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych
zaprasza

do złożenia oferty cenowej w sprawie wykonania dostawy pn.:

Wielofunkcyjny kalibrator testerów elektrycznych

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.
2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy:
 - 2.1. Termin wykonania zamówienia: do 14 lipca 2023r.
 - 2.2. Forma płatności: przelew 30 dni.
 - 2.3. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
3. Na kopercie należy umieścić:
 - nazwę i adres Zamawiającego,
 - nazwę i adres Wykonawcy,
 - nazwę przedmiotu zapytania: „Wielofunkcyjny kalibrator testerów elektrycznych”.
4. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 2023-04-21 do godziny 14:00.**

Adres do wysyłki oferty:
Okręgowy Urząd Miar
ul. Królowej Jadwigi 25, 85-231 Bydgoszcz
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:
 - W sprawach merytorycznych: p. Jarosław Kosmal - Naczelnik Wydziału Obsługi
tel.: (52) 322 06 06 wew. 35; e-mail: rg8@poczta.gum.gov.pl
 - W sprawach technicznych: p. Krzysztof Główczewski - Kierownik Laboratorium
tel.: (52) 322 06 06 wew. 45; e-mail: l38@poczta.gum.gov.pl
6. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Wielofunkcyjny kalibrator testerów elektrycznych”
jest dostępna pod linkiem:
<https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urząd/rodo/2463,Klauzula-informacyjna.html>
7. Zapisy dotyczące kar umownych:
 - 7.1. wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą zamawiającego.

- 7.2. wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 2.1.
- 7.3. zapłata kary umownej określonej w pkt 7.2. nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
- 7.4. wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
- 7.5. niezależnie od kar umownych zamawiający może domagać się od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Zapisy dotyczące odstąpienia od umowy:

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- 8.1. niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, w terminie określonym w pkt 2.1., po uprzednim wyznaczeniu wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie.
- 8.2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- 8.3. nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub niewykonania obowiązków gwarancyjnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu obowiązków Wykonawcy przekracza 7 dni kalendarzowych, w stosunku do terminu usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad,
- 8.4. w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

9. Pozostałe informacje:

- 9.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
- 9.2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 9.3. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- 9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w obszarze przedmiotu zamówienia oraz złożonych ofert Wykonawców (pisemnie, papierowo lub za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji).
- 9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Ireneusz Kowalczyk
(podpis kierownika jednostki)

Bydgoszcz, 2023-04-13

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wymaga następujących załączników stanowiących integralną część złożonej oferty:

1. Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego,
2. Podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Kopii KRS lub Zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu poświadczenia reprezentacji Wykonawcy,
4. Kopii nadania NIP Wykonawcy,
5. Kopii REGON Wykonawcy,
6. Opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (informacje techniczne, funkcjonalności itp.)

Naczelnik
Wydziału Obsługi


Jarosław Kosmał

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....
miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany
działając w imieniu i na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON..... KOM.

TEL. FAKS e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą:

..... składamy ofertę:

(nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Producent:

2. Typ/model:

3. Rok produkcji:

4. Cena: netto: zł, VAT: % brutto: zł

5. Niezbędny czas na realizację dostawy od złożenia zamówienia: [ilość tygodni]

6. Okres gwarancji: [ilość miesięcy]

7. Okres ważności złożonej oferty: [ilość dni]

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
- pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....
podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

„Wielofunkcyjny kalibrator testerów elektrycznych”

Oświadczam że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
5. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przedstawiam pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
7. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO, zawartą w pkt 6 zapytania ofertowego nr OUM8.WO.RG.261.1.2023 z dnia 2023-04-13.

.....
miejsowość, data

.....
podpis Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

**Opis przedmiotu zamówienia
na dostawę pn.:
Wielofunkcyjny kalibrator testerów elektrycznych**

Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wielofunkcyjny kalibrator testerów elektrycznych Fluke 5322A lub równoważny* (1 szt.) zgodny z następującymi wymaganiami:

Kryteria podstawowe:	
1. Zakres odtwarzanych rezystancji:	nie mniejszy niż 100 mΩ - 10 TΩ (dopuszcza się rozszerzenie zakresu poprzez zastosowanie mnożnika rezystancji)
2. Niepewność odtwarzania rezystancji	nie większa niż (1% + 50 mΩ) dla zakresu 100 mΩ - 10 GΩ nie większa niż (3% + 0,1 TΩ) dla zakresu 100 GΩ - 10 TΩ
3. Zakres odtwarzania rezystancji wysokonapięciowych	nie mniejszy niż 10 kΩ - 100 GΩ (dla rezystancji od 10 MΩ - napięcie maksymalne 5,5 kV)
4. Zakres symulacji pętli uziemienia (ground bond):	nie mniejszy niż 1 mΩ - 1000 Ω, co najmniej 15 dyskretnych wartości
5. Zakres symulacji impedancji pętli (LOOP)	nie mniejszy niż 25 mΩ - 1000 Ω, co najmniej 15 dyskretnych wartości
6. Zakres pomiaru prądu upływu	nie mniejszy niż 1 mA - 30 mA
7. Zakres pomiaru prądu zadziałania przy sprawdzeniu funkcji RCD testerów sieci energetycznej	nie mniejszy niż (5 - 150) mA
8. Niepewność pomiaru wartości prądu zadziałania przy funkcji RCD testerów sieci energetycznej	nie większa niż 1 %
9. Zakres czasu zadziałania przy sprawdzaniu funkcji RCD testerów sieci energetycznej:	co najmniej 10 ms - 3 s
10. Niepewność wartości czasu zadziałania przy sprawdzaniu funkcji RCD testerów sieci energetycznej	nie większa niż: (0,02% wartości ustawionej + 0,25 ms)
11. Zakres pomiaru prądu zadziałania przy sprawdzeniu funkcji RCD w miernikach bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego	nie mniejszy niż (5 - 150) mA
12. Zakres odtwarzanych napięć DC/AC	nie mniejszy niż 1 V - 600 V
13. Zakres pomiaru napięcia AC i DC	nie mniejszy niż 0 V - 1100 V
14. Zakres pomiaru prądu AC i DC	nie mniejszy niż 0 A - 30 A

15. Napięcie zasilające	230 V / 50 Hz
Wymagania dodatkowe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Produkt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i nienaprawiany, wyprodukowany w 2023 roku; dopuszcza się dostarczenie przedmiotu umowy wyprodukowanego w 2022 roku pod warunkiem, że jest to wyrób najnowszy producenta. 2. Kalibrator powinien być dostarczony wraz ze świadectwem wzorcowania wydanym przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025. Świadectwo wzorcowania powinno zawierać wyniki pomiarów z niepewnością rozszerzoną pomiarów oraz orzeczenie o zgodności z wymaganiami, co najmniej dla zakresów wyszczególnionych w kryteriach podstawowych szczegółowych wymagań technicznych i metrologicznych. Dodatkowo zakresy te muszą się pokrywać z zakresami akredytacji laboratorium wzorcującego. 3. Instrukcja obsługi w języku polskim. 4. Instrukcja obsługi w języku angielskim, jeżeli w tym języku występuje. 5. Dokumentacja techniczna zawierająca procedurę kalibracji (wzorcowania) oraz adjustacji. Jeżeli dokumentacja ta nie jest oferowana przez producenta, dopuszcza się dostawę przyrządu bez niej. 6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 7. Walizka transportowa. 	
Inne wymagania, które zostaną zawarte w umowie z dostawcą kalibratora	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy. 2. Czas reakcji serwisowej - czyli okres czasu od dnia zgłoszenia o nieprawidłowym działaniu kalibratora do rozpoczęcia czynności mających na celu usunięcie nieprawidłowości - nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. 3. Naprawa, wymiana nieprawidłowo działających podzespołów (elementów) kalibratora lub całego kalibratora na nowy o co najmniej takich samych parametrach metrologicznych, powinna nastąpić nie później niż w terminie 6 tygodni, licząc od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji. 4. W przypadku realizacji napraw gwarancyjnych odbiór i dostawa reklamowanego produktu odbywa się w miejscu dostawy (użytkowania) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub na koszt wykonawcy innym środkiem transportu (np. firmą kurierską). Po upływie okresu gwarancji, wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat. 5. Dostawca kalibratora pokrywa wszystkie koszty związane z dostarczeniem kalibratora i jego uruchomieniem w siedzibie OUM w Bydgoszczy. 6. Dostawca kalibratora wykona uruchomienie stanowiska oraz przeprowadzi bezpłatne szkolenie co najmniej 4 osób w zakresie obsługi kalibratora w siedzibie OUM w Bydgoszczy. 	

* Równoważność w zakresie punktów: Kryteria podstawowe oraz Wymagania dodatkowe

JP