

ZAPYTANIE OFERTOWE

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych
zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostawy na:
Pirometr wzorcowy

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa stołu pomiarowego z oprzyrządowaniem do stanowiska do wzorcowania pirometrów spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 4.
2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy.
 - a) termin wykonania zamówienia: do dnia **2017-10-13**,
 - b) forma płatności: przelew 30 dni,
 - c) okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
 - d) dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
 - e) zapisy dotyczące kar umownych:
 - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy,
 - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.
 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego,
 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy,
 - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
 - Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Kryteria oceny ofert 100% obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ($C = C_1 + C_2$) – wygrywa oferta z największą ilością punktów C:

3.1. Cena: 80 % (C_1),Zasady punktacji kryterium ceny (C_1):Najniższa z oferowanych cen (C_{\min}) otrzymuje 80 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen poszczególnych ofert Wykonawców według wzoru:

$$C_1 = (C_{\min} : C_x) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

- C_1 - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty,
- C_{\min} - oznacza najniższą cenę oferty,
- C_x - oznacza cenę badanej oferty.

Brak podania kwoty łącznej wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero).

3.2. Okres gwarancji 20% (C_2).

Zasady punktacji kryterium okresu gwarancji:

Najwyższy z oferowanych okresów gwarancji (C_{\max}) otrzymuje 20 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla poszczególnych okresów gwarancji danego elementu ofert Wykonawców według wzoru:

$$C_2 = (C_x : C_{\max}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_2 - oznacza liczbę punktów badanego okresu gwarancji obliczonego dla badanej oferty,

C_{\max} - oznacza najwyższy okres gwarancji spośród badanych oferty,

C_x - oznacza wielkość okresu gwarancji badanej oferty.

Brak podania okresu gwarancji skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero).

4. Na kopercie należy umieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy,
- nazwę przedmiotu zapytania:

„Oferta na dostawę: Pirometr wzorcowy”

5. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 2017-07-14 do godziny 14:00**.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Jarosław Kosmal - Kierownik Referatu Obsługi
tel.: (52) 322 06 06 wew. 35

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.
- Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Stanisław Dąbrowski

.....

(podpis kierownika jednostki)

Bydgoszcz, 2017-07-05

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....
miejsowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany działając
w imieniu i na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON..... KOM.

TEL. FAKS e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na

..... składamy ofertę na:

(nazwa przedmiotu zamówienia)

1. Cena (C₁):

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość [j.m.]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
1.	Pirometr wzorcowy		1 szt.			

Łączna wartość netto zł

(słownie:)

Należny podatek VAT(..... %) zł

Łączna wartość brutto słownie zł

(słownie:)

Okres gwarancji

2. Okres gwarancji (C₂):

Lp.	Elementy przedmiotu zamówienia	Okres gwarancji [ilość miesięcy]
1.	Pirometr wzorcowy	

Termin realizacji zamówienia: (DD-MM-RRRR)

Termin związania z ofertą: dni

Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
- c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

- a) kopia: nadania NIP, REGON,
- b) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,
- c) informacje techniczne na temat przedmiotu zamówienia, typ, model itp.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....
podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę pod nazwą:

Pirometr wzorcowy

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

.....
miejsowość, data

.....
podpis Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Pirometr wzorcowy

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

.....
miejsowość, data
miejsowość, data

.....
podpis Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Pirometr wzorcowy

Pirometr wzorcowy:

- a). Zakres temperatur: $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+900\text{ }^{\circ}\text{C}$
- b). Zakres spektralny: 8 do 14 μm
- c). Dokładność: $\pm 0,75\text{ }^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0,75\%$ odczytu ¹⁾ (w temperaturze otoczenia $23 \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ w zakresie 20-900 $^{\circ}\text{C}$)
- d). Współczynnik temperaturowy: 0,05 K / K lub $\pm 0,05\%$ / K¹⁾ (poniżej 20 $^{\circ}\text{C}$ i powyżej 30 $^{\circ}\text{C}$ temperatura otoczenia)
- e). Rozdzielczość temperatury: 0,1 $^{\circ}\text{C}$
- f). Powtarzalność: $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ lub $\pm 0,5\%$ odczytu ¹⁾
- g). Czas odpowiedzi: 150 ms (sygnał 95%)
- h). Optyka:
 - 75: 1
 - 16 mm z 1200 mm
 - Możliwość przełączania na ostrość: 1 mm przy 62 mm
- i). Minimalny punktowy wymiar: 1 mm

¹⁾ W zależności od tego co jest większe.

Uwaga:

- wymagane jest Świadectwo Wzorcowania pirometru,
- instrukcja obsługi w języku polskim