

**Wykonawcy postępowania na  
„Termometr elektryczny z dwoma czujnikami”**

**DOTYCZY:** wyjaśnienie do treści Zapytania Ofertowego nr RG 38.13.2017 z dnia 03-07-2017r. na „Termometr elektryczny z dwoma czujnikami”.

**SPRAWA 2**

Dot.: Składania ofert - pkt.5 Zapytania Ofertowego nr 4 RG38.13.2017 z dnia 03-07-2017 r. na „Termometr elektryczny z dwoma czujnikami”.

Pytanie nr 1:

*„Czy istnieje możliwość przesłania oferty w postaci elektronicznej? SIWZ nie precyzuje tej opcji. Jeżeli tak, to na jaki adres e-mailowy?”*

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-12:

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w postaci elektronicznej na adres [rg.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl](mailto:rg.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl)

Dot.: Opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 4 RG 38.13.2017 z dnia 03-07-2017 r. na „Termometr elektryczny z dwoma czujnikami”.

Pytanie nr 2 :

*„W sytuacji przeznaczenia termometru do prac w warunkach niestacjonarnych, wyspecyfikowany czujnik o dł. 150 mm i śr. 6 mm będzie charakteryzował się długim czasem stabilizacji (t90 około 20s.)*

*Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty opcjonalnej, także na czujniki o dł. 150 mm i śr. 3 mm (t90 około 12s)?”.*

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-11:

Wniosek uznano. Zamawiający dopuszcza przestawienie oferty na czujnik o dł. 150 mm i śr. 3 mm.

Pytanie nr 3:

*„Bardzo proszę o wskazanie konkretnych punktów temperaturowych, w których ma zostać przeprowadzona kalibracja fabryczna.”*

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-12:

Wniosek uznano. Kalibracja fabryczna obu czujników ma być przeprowadzona w punktach zbliżonych do komórek punktów stałych tj: -38,8343 °C; 0,010 °C; 29,7646 °C; 231,9282 °C; 419,5271 °C.

Pytanie nr 4:

„Czy słuszne jest założenie, że weryfikację w GUM zlecają Państwo we własnym zakresie? SIWZ nie precyzuje tej kwestii.”

Odpowiedź na email z dnia 2017-07-12:

Wniosek uznano. Zamawiający informuje, iż weryfikację przedmiotu zamówienia w GUM zleci we własnym zakresie.

Nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 Pzp.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść pisma opublikowano na stronie internetowej pod adresem:

<http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/oum/bydgoszcz/przet>

Z upoważnienia Dyrektora  
Starszy administrator

*Anna Jędrzejczak*

Bydgoszcz, dn. 2017-07-12